

Poznań, dnia 04 maja 2017 r.

## WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu aparatury medycznej na potrzeby Poznańskiego Ośrodka specjalistycznych Usług Medycznych” POSUM/ZPpn/3/2017

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### **PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 1 SIWZ – APARAT DO ZNIECZULENIA Z RESPIRATOREM ANESTETYCZNYM**

**Poz. nr 13 - Lampa zabiegowa sufitowa – 1 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową o konstrukcji kopuły zwartej na kształt wieloboku, w której kopuła składa się z 6 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości), bez podziału na pół? Dotyczy punktu 4 i 6 tabeli technicznej.  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową o konstrukcji kopuły zwartej na kształt wieloboku, w której kopuła składa się z 4 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy trzema segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości), bez podziału na pół? Dotyczy punktu 4 i 6 tabeli technicznej.  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową sufitową ze źródłem światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod LED w postaci kilku matryc składających się na kopułę?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której kopuła wyposażona jest w 6 modułów świetlnych: po 16 diod LED w pięciu segmentach zewnętrznych oraz w jednym module środkowym 15 diod LED? Dotyczy punktu 6 i 7 tabeli technicznej.  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową posiadającą matrycę diodowe składające się z 95 diod LED? Dotyczy punktu 6 i 7 tabeli technicznej.  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której kopuła wyposażona jest w 4 moduły świetlne: po 16 diod LED w trzech segmentach zewnętrznych oraz w jednym module środkowym 9 diod LED? Dotyczy punktu 6 i 7 tabeli technicznej.  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową posiadającą matrycę diodowe składające się z 57 diod LED? Dotyczy punktu 6 i 7 tabeli technicznej.  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której obudowa kopuły wykonana jest ze stopów aluminium i tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło – podane rozwiązanie jest nieistotne dla walorów użytkowych lampy?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową posiadającą natężenie światła wynoszące 130 000 lux (mierzone w odległości 1 m od pola roboczego)?  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową z stałą temperaturą barwową na poziomie 4300 K?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pozostała jasność na dnie tuby imitującej głębokie pole operacyjne wynosi 45%?  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pozostała jasność na dnie tuby imitującej głębokie pole operacyjne wynosi 67%?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której średnica czaszy wynosi 76,4 cm wliczając obwód pięciu rączek umieszczonych na obwodzie kopuły?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której średnica czaszy nie wliczając rączek wynosi 70,4 cm?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową z kopułą wyposażoną w trzy uchwyty rozmieszczone na obwodzie kopuły?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową z wysięgnikiem na monitor z uchwytem do mocowania monitora 21,5 ”?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową z panelem sterowania zlokalizowanym przy czaszy, na przegubie dwuczęściowej obejmującej kopułę mocowanej do ramienia uchylnego? Dotyczy punktu 14 i 15 tabeli technicznej.  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową z regulowaną średnicą pola bezcieniowego od 18 do 32 cm?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową z regulowaną średnicą pola bezcieniowego od 16 do 28 cm?  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową z panelem sterowania posiadającym włącznik/wyłącznik zasilania, zlokalizowanym przy czaszy, na przegubie dwuczęściowej obejmującej kopułę mocowanej do ramienia uchylnego?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której żywotność światła wynosi 40 000 godzin?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pobór mocy czaszy wynosi 135W?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pobór mocy czaszy wynosi 95W?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

#### **Lampa zabiegowa syfitowa – 2 szt.**

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową o konstrukcji kopuły zwartej na kształt wieloboku, w której kopuła składa się z 6 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości), bez podziału na pół? Dotyczy punktu 27 i 28 tabeli technicznej.

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową o konstrukcji kopuły zwartej na kształt wieloboku, w której kopuła składa się z 4 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy trzema segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości), bez podziału na pół? Dotyczy punktu 27 i 28 tabeli technicznej.

NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową sufitową ze źródłem światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod LED w postaci kilku matryc składających się na kopułę?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której kopuła wyposażona jest w 6 modułów świetlnych: po 16 diod LED w pięciu segmentach zewnętrznych oraz w jednym module środkowym 15 diod LED? Dotyczy punktu 28 i 29 tabeli technicznej.

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową posiadającą matrycę diodowe składające się z 95 diod LED? Dotyczy punktu 28 i 29 tabeli technicznej.

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której kopuła wyposażona jest w 4 moduły świetlne: po 16 diod LED w trzech segmentach zewnętrznych oraz w jednym module środkowym 9 diod LED? Dotyczy punktu 28 i 29 tabeli technicznej.

NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową posiadającą matrycę diodowe składające się z 57 diod LED? Dotyczy punktu 28 i 29 tabeli technicznej.

NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której obudowa kopuły wykonana jest ze stopów aluminium i tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło – podane rozwiązanie jest nieistotne dla walorów użytkowych lampy?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową posiadającą natężenie światła wynoszące 130 000 lux (mierzone w odległości 1 m od pola roboczego)?

NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pozostała jasność na dnie tuby imitującej głębokie pole operacyjne wynosi 45%?

NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pozostała jasność na dnie tuby imitującej głębokie pole operacyjne wynosi 67%?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której średnica czaszy wynosi 76,4 cm wliczając obwód pięciu rączek umieszczonych na obwodzie kopuły?

NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której średnica czaszy nie wliczając rączek wynosi 70,4 cm?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową z kopułą wyposażoną w trzy uchwyty rozmieszczone na obwodzie kopuły?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową z panelem sterowania zlokalizowanym przy czaszy, na przegubie dwuczęściowej obejmie kopuły mocowanej do ramienia uchylnego? Dotyczy punktu 38 i 39 tabeli technicznej.  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową z regulowaną średnicą pola bezcieniowego od 18 do 32 cm?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową z regulowaną średnicą pola bezcieniowego od 16 do 28 cm?  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową z panelem sterowania posiadającym włącznik/wyłącznik zasilania, zlokalizowanym przy czaszy, na przegubie dwuczęściowej obejmie kopuły mocowanej do ramienia uchylnego?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której żywotność światła wynosi 40 000 godzin?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pobór mocy czaszy wynosi 135W?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pobór mocy czaszy wynosi 95W?  
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

**Poz. nr 15 łóżko szpitalne sterowane elektrycznie**

45. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o konstrukcji wykonanej ze stali węglowej lakierowanej proszkowo na systemie zbliżonym do trapezowego tj. dwóch zestawów płaskich wsporników z przegubami podpierających leże w 8 punktach dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu w trakcie transportu z normą IEC 60601-2-52?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne w którym oba szczyty poruszają się wraz z leżem w trakcie zmiany jego wysokości?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
48. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z mechanizmem do ich składania łatwo dostępnym dla personelu, wbudowanym w ukośną poprzeczkę/wspornik w dolnej części poręczy od strony głowy pacjenta na wysokości leża, na ergonomicznej wysokości, utrudniającej otwarcie barierki samodzielnie przez pacjenta?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
49. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z mechanizmem do ich składania łatwo dostępnym dla personelu, wbudowanym w górną poprzeczkę/wspornik w górnej części poręczy od strony głowy pacjenta?

- NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
50. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające segmenty leża wypełnione płaskimi panelami z siatki, mocowanymi na stałe? Dotyczy punktu 5 oraz 7 tabeli technicznej.  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające segmenty leża wypełnione płaskimi panelami metalowymi, mocowanymi na stałe?  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wypełnionym panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji, o grubości 5 mm w tym segment przedłużający leże? Dotyczy punktu 5 oraz 7 tabeli technicznej.  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez elektronicznego systemu kontroli kąta nachylenia oparcia 30 i 45 stopni tj. funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 i 45 stopni przy unoszeniu i ustawieniu pozycji krzesła kardiologicznego?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w ramie w poziomice zamiast wskaźnika kąтового nachylenia oparcia o leża w stopniach?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez wskaźnika kąтового nachylenia oparcia o leża w stopniach?  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z centralnym systemem hamowania obsługiwany czterema dźwigniami umieszczonymi przy każdym kole?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z centralnym systemem hamowania obsługiwany jedną dźwignią?  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w pilot przewodowy dla pacjenta bez podświetlanych przycisków?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
60. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralny panel sterowania z czytelnymi piktogramami z wyróżnionymi kolorystycznie pozycjami antyszokową oraz CPR, bez podziału na pola o różnej kolorystyce?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralny panel sterowania bez podświetlanych przycisków?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
62. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające sygnalizację włączenia zasilania, czyli sygnalizację gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji samego podłączenia do sieci?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
63. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające sygnalizacji włączenia zasilania?  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
64. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą 960 mm?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
65. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

66. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 74 stopni?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
67. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją segmentu uda w zakresie od 0 do 10 stopni?  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
68. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją segmentu uda w zakresie od 0 do 44 stopni?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
69. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z segmentem oparcia pleców wyposażonym w siłownik elektryczny, który stabilizuje ruch oparcia w dół po użyciu funkcji CPR co zabezpiecza przed uderzeniem w ramę?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
70. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg? TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
71. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające możliwość przedłużania leża o 20 cm? TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
72. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające materac z pokrowce odpinanym na dłuższym i krótszym boku – na kształt litery L?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
73. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac medyczny jednostronny o zwiększonej sprężystości, dostosowany do wagi ciała pacjenta na poziomie 180 kg, (wykonany z pianki o jednakowej gęstości na całej powierzchni) posiadający konstrukcję w postaci wycięć w kształcie gofra jednolitą na całej powierzchni powodujące równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała pacjenta, niwelując w ten sposób koncentrację nacisku na wystające, najbardziej predysponowane miejsca na powstanie odleżyn, pokryty pokrowcem materaca zapinany na zamek z listwą chroniącą zamek przed przeciekaniem, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej - materiał posiada właściwości barierowe, jest odporny na przesiąkanie krwi, przenikanie cząstek wirusowych i bakterii, wycięcia na powierzchni materaca w połączeniu z paroprzepuszczalną membraną pokrowca zapewniają dobra wentylację między materacem i powierzchnią ciała pacjenta, zmniejszają poziom wilgoci, przez co ograniczają ryzyko powstawania odleżyn, zamiast materaca opisanego w SIWZ?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

**Poz. nr 27 – Stół do przygotowania pacjenta**

74. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy posiadający listwy akcesoryjne umieszczone po obu stronach blatu w segmencie oparcia pleców, siedziska, podnóżków oprócz segmentu głowy?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
75. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją blatu do pozycji Trendelenburga w zakresie do 25 stopni?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
76. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją blatu do pozycji Trendelenburga w zakresie do 12 stopni?  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
77. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją blatu do pozycji anty-Trendelenburga w zakresie do 12 stopni?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
78. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -40 do +80 stopni?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

79. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -30 do +70 stopni? NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
80. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej pokrytej materiałem antystatycznym, odejmowane z blatu stołu?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
81. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w materace domieszki aktywnego srebra redukującego bakterie?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
82. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy bez uchwytu na papier w rolce od strony głowy pacjenta pod leżem?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
83. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy bez poręczy bocznych?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
84. Prosimy o ujednoczenie wymogu dotyczące dopuszczalnego obciążenia stołu wynikającej z punktu 3 oraz 19 tabeli technicznej.  
ZGODNIE Z SIWZ - 180KG

**Poz. nr 29 – Stół zabiegowy**

85. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, którego długość wynosi 2000 mm?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
86. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu w zakresie od 590 do 1070 mm z materacem? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
87. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu w zakresie od 600 do 1000 mm z materacem?  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
88. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga w zakresie 30 stopni?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
89. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podgłówek ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
90. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podgłówek ręcznie za pomocą mechanizmu zaciskowego?  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
91. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych blatu w zakresie +/- 25 stopni?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
92. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ergonomiczną podstawą przejezdną na czterech pojedynczych kołach o średnicy 80 mm (dwa koła obrotowe w celu ułatwienia manewrowanie stołem), umożliwiającą częściowe wsunięcie stóp operatora?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
93. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez wskaźnika poziomu naładowania akumulatorów na pilocie?  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
94. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ergonomiczną podstawą z centralną blokadą w postaci czterech elektrohydraulicznie wysuwanych stopek, uruchamianą z pilota?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
95. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez przycisku zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówek i podnóżków?

NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

96. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z ergonomiczną podstawą przejezdną na czterech kołach z których dwa koła są obrotowe w celu ułatwienia manewrowanie stołem zamiast koła kierunkowego do jazdy na wprost?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

97. Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia.

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

98. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny posiadający dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie z wyłączeniem jedynie funkcji flex/reflex oraz poziomowania blatu jednym przyciskiem?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

99. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny wyposażony w podnóżki z możliwością rozchylania – blokowane za pomocą zacisków śrubowych – pokręteł?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

100. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej pokryte materiałem antystatycznym?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

101. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace posiadające właściwości antibakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz przeciwoleżynowe, poświadczone stosownym oświadczeniem producenta, jednak bez domieszki aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA potwierdzone świadectwem z laboratorium?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

102. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny, którego masa nie przekracza 280 kg?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

#### **Poz. nr 30 – Szafka przyłóżkowa z blatem do jedzenia**

103. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części blatu metalowy reling z metalowymi haczykami na ręczniki?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

104. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad oraz półki pomiędzy szufladami o wysokości 130 mm?

NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

105. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową bez uchwyty na szklanę?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

106. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową w której boczne krawędzie blatu nie są zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA



107. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której szuflada górna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
108. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą szerokość 550 mm oraz szerokość z blatem bocznym 630 mm?  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
109. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą dolną z uchwytem na butelki bez możliwości jego demontażu?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
110. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 445 mm?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
111. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pod dolną szufladą metalową półkę na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) z dostępem do półki od frontu szafki?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
112. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z mechanizmem unoszenia oraz zwalniania blatu bocznego umieszczonym w górnej metalowej części – podporze blatu, w postaci przycisku, nie wymuszając konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
113. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której wspornik blatu bocznego osłonięty jest prostokątną osłoną wykonaną z aluminium?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której boczne krawędzie blatu nie są zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
114. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym posiadającym w górnej krawędzi wycięty uchwyt niewystający poza obrys blatu? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ.  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
115. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą tylko 4 koła?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
116. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 50 mm?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
117. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której piąte koło do stabilizacji blatu bocznego znajduje się na końcu poziomego wspornika sprężyny gazowej zwiększając stabilność całej szafki?  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

**Poz. nr 42 – System zarządzania AV sal operacyjnych**

118. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu, który nie jest produktem medycznym? Żadne przepisy i ustawy nie nakładają obowiązku aby taki system był wyrobem medycznym – jedynie producent deklaruje czy tego typu system będzie kwalifikowany jako produkt medyczny – nie jest to produkt służący do leczenia.  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
119. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez funkcji sterowania oświetleniem ogólnym oraz kamerą? Obraz z kamery jest wkomponowany w system i nie ma potrzeby sterowania kamerą która jest montowana na suficie.  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
120. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez funkcji dokonywania notatek głosowych? Z praktyki wiadomo, iż personel nie będzie dokonywał żadnych notatek głosowych w trakcie zabiegu.

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

121. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu z transmisją za pomocą przewodów sieciowych LAN cat.6 co jest rozwiązaniem również wystarczającym i nie stwarzającym wielu technicznych problemów jak światłowody?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

122. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu posiadającego inne rozwiązanie w celu archiwizacji niż macierz osobną dla każdej Sali operacyjnej? Proponowane rozwiązanie również zapewnia ciągłą archiwizację z dowolnych dwóch źródeł video. Prosimy także o podanie ilości sal operacyjnych dla tego systemu – z opisu macierzy wynika iż mają tom być 4 sale.

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

123. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitorów z klasą szczelności na poziomie IP20?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

124. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednostki sterującej posiadającej interfejsy 4xUSB 2.0 oraz 2 x Gigabit LAN co jest w zupełności wystarczające do sterowania systemem i nie ma konieczności aby jednostka sterująca posiadała więcej wejść.

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

125. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednostki sterującej posiadającej kąt widzenia poziomo/pionowo 170/160 stopni co jest wartością niewiele odbiegająca od wymaganej i nie mającej wpływu na walory użytkowe jednostki?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

126. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie enkodera który nie jest urządzeniem medycznym? Żadne przepisy i ustawy nie nakładają obowiązku aby taki enkoder był wyrobem medycznym – jedynie producent deklaruje czy tego typu urządzenie będzie kwalifikowane jako produkt medyczny – nie jest to produkt służący do leczenia.

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

127. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu, który posiada inną ilość, rodzaj i parametry urządzeń niż wymieniona ilość enkoderów i dekodek ale proponowane urządzenia oferują wymaganą funkcjonalność? Rodzaj urządzeń i ich ilość zależy od konstrukcji systemu danego producenta i każdy producent realizuje wybrane funkcje w odmienny sposób poprzez inne urządzenia o innych parametrach i inną ich ilość.

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

128. Prosimy o określenie dokładne ile ma być sal operacyjnych oraz ile źródeł video w każdej Sali będzie podłączone do systemu.

ZGODNIE Z SIWZ. ZAMAWIAJĄCY OPISAŁ ILOŚĆ URZĄDZEŃ W ZAŁĄCZNIKU OPZ

129. Prosimy o określenie czy na każdej Sali operacyjnej mają być bo 2 monitory 26”?

ZGODNIE Z SIWZ

130. Czy Zamawiający dopuszcza monitor posiadający inną ilość i rodzaj wejść i wyjść dostosowaną do wymagań systemu integracji i powiązanych z tym monitorem urządzeń? Nie ma sensu aby monitor posiadał wejścia i wyjścia które nigdy nie będą używane.

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

131. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora posiadającego wybrane certyfikaty z wymienionych? Nie ma sensu aby monitor posiadał różne certyfikaty, które są absolutnie nieprzydatne w systemie integracji i nic nie wnoszą – proponowany monitor jest wyrobem medycznym i to jest istotne w przeciwieństwie do pozostałych certyfikatów.

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

132. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery podsufitowej o innych parametrach niż wymagane ale realizującą wymagane funkcje? Opisane wymagane rozwiązanie jest specyficzne tylko dla jednego dostawcy. TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

133. *Prosimy o określenie ile na jednej Sali operacyjnej ma być kamer podsufitowych, zestawów mikrofonu bezprzewodowego, kompletów głośników i wzmacniacza audio?*  
ZZGODNIE Z SIWZ. ZAMAWIAJĄCY OPISAŁ ILOŚĆ URZĄDZEŃ W ZAŁĄCZNIKU OPZ
134. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu mikrofonu bezprzewodowego o innych parametrach niż wymagane ale realizującego wymagane funkcje? Opisanie wymagane rozwiązanie jest specyficzne tylko dla jednego dostawcy.*  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
135. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o innych parametrach i funkcjach niż wymagany transkoder ale realizującego wymagane funkcje? Opisanie wymagane rozwiązanie jest specyficzne tylko dla jednego dostawcy.*  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
136. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o innych parametrach i funkcjach niż wymagany switch światłowodowy ale realizującego wymagane funkcje w systemie integracji? Opisanie wymagane rozwiązanie jest specyficzne tylko dla jednego dostawcy.*  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
137. *Czy wizja lokalna na obiekcie jest obowiązkowa przed złożeniem oferty? Jeżeli tak to prosimy o wyznaczenie miejsca i daty odbycia wizji lokalnej.*  
Zgodnie z SIWZ

#### **Poz. nr 43 – System zarządzania AV Sali endoskopowej**

138. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu, który nie jest produktem medycznym? Żadne przepisy i ustawy nie nakładają obowiązku aby taki system był wyrobem medycznym – jedynie producent deklaruje czy tego typu system będzie kwalifikowany jako produkt medyczny – nie jest to produkt służący do leczenia.*  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
139. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez funkcji dokonywania notatek głosowych? Z praktyki wiadomo, iż personel nie będzie dokonywał żadnych notatek głosowych w trakcie zabiegu.*  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
140. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu z transmisją za pomocą przewodów sieciowych LAN cat.6 co jest rozwiązaniem również wystarczającym i nie stwarzającym wielu technicznych problemów jak światłowody?*  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
141. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie enkoderów i dekodekierów które są urządzeniami medycznymi? Żadne przepisy i ustawy nie nakładają obowiązku aby takie urządzenia były wyrobami medycznymi – jedynie producent deklaruje czy tego typu urządzenia będą kwalifikowane jako produkty medyczne – nie są to produkty służące do leczenia.*  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
142. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednostki sterującej posiadającej interfejsy 4xUSB 2.0 oraz 2 x Gigabit LAN co jest w zupełności wystarczające do sterowania systemem i nie ma konieczności aby jednostka sterująca posiadała więcej wejść.*  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
143. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednostki sterującej posiadającej kąt widzenia poziomo/pionowo 170/160 stopni co jest wartością niewiele odbiegająca od wymaganej i nie mającej wpływu na walory użytkowe jednostki?*  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
144. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu, który posiada inną ilość, rodzaj i parametry urządzeń niż wymieniona ilość enkoderów i dekodekierów ale proponowane urządzenia oferują wymaganą*

*funkcjonalność? Rodzaj urządzeń i ich ilość zależy od konstrukcji systemu danego producenta i każdy producent realizuje wybrane funkcje w odmienny sposób poprzez inne urządzenia o innych parametrach i inną ich ilość.*

*TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA*

145. *Prosimy o określenie dokładne ile ma być sal operacyjnych oraz ile źródeł video w każdej Sali będzie podłączone do systemu.*

*ZGODNIE Z SIWZ. ZAMAWIAJĄCY OPISAŁ ILOŚĆ URZĄDZEŃ W ZAŁĄCZNIKU OPZ*

146. *Prosimy o określenie czy na każdej Sali operacyjnej mają być bo 2 monitory 26”?*

*ZGODNIE Z SIWZ. ZAMAWIAJĄCY OPISAŁ ILOŚĆ URZĄDZEŃ W ZAŁĄCZNIKU OPZ*

147. *Czy Zamawiający dopuszcza monitor posiadający inną ilość i rodzaj wejść i wyjść dostosowaną do wymagań systemu integracji i powiązanych z tym monitorem urządzeń? Nie ma sensu aby monitor posiadał wejścia i wyjścia które nigdy nie będą używane.*

*TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA*

148. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora posiadającego wybrane certyfikaty z wymienionych? Nie ma sensu aby monitor posiadał różne certyfikaty, które są absolutnie nieprzydatne w systemie integracji i nic nie wnoszą – proponowany monitor jest wyrobem medycznym i to jest istotne w przeciwieństwie do pozostałych certyfikatów.*

*TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA*

149. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitorów z klasą szczelności na poziomie IP20?*

*TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA*

150. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery podsufitowej o innych parametrach niż wymagane ale realizującą wymagane funkcje? Opisane wymagane rozwiązanie jest specyficzne tylko dla jednego dostawcy.*

*TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA*

151. *Prosimy o określenie ile na jednej Sali operacyjnej ma być kamer podsufitowych, zestawów mikrofonu bezprzewodowego, kompletów głośników i wzmacniacza audio?*

*ZGODNIE Z SIWZ. ZAMAWIAJĄCY OPISAŁ ILOŚĆ URZĄDZEŃ W ZAŁĄCZNIKU OPZ*

152. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu mikrofonu bezprzewodowego o innych parametrach niż wymagane ale realizującego wymagane funkcje? Opisane wymagane rozwiązanie jest specyficzne tylko dla jednego dostawcy.*

*TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA*

153. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o innych parametrach i funkcjach niż wymagany transkoder ale realizującego wymagane funkcje? Opisane wymagane rozwiązanie jest specyficzne tylko dla jednego dostawcy.*

*TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA*

154. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez funkcji sterowania oświetleniem ogólnym oraz kamerą? Obraz z kamery jest wkomponowany w system i nie ma potrzeby sterowania kamerą która jest montowana na suficie.*

*TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA*