

Poznań, dnia 28 kwietnia 2017 r.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu aparatury medycznej na potrzeby Poznańskiego Ośrodka specjalistycznych Usług Medycznych” POSUM/ZPpn/3/2017

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 1 SIWZ – APARAT DO ZNIECZULENIA Z RESPIRATOREM ANESTETYCZNYM

Pytanie nr 1 dot. pozycji nr 1

Czy aparat do znieczulania ma być wyposażony w parownik do sevofluranu?

TAK

Pytanie nr 2 ad lp. 4

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania dla dzieci i dorosłych na podstawie jezdnej bez możliwości znieczulania noworodków i nie tego samego producenta, co kolumna anestezyjologiczna?

TAK

Pytanie nr 3 ad lp. 12

Czy Zamawiający dopuści stanowisko z układem oddechowym okrężnym do wentylacji o niskiej podatności bez podgrzewania?

NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie nr 4 ad lp. 18

Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez osobnego wyjścia na układy półotwarte?

NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie nr 5 ad lp. 28, 29, 30 i 31

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania bez trybów opisanych w punktach 28, 29 i 30 oraz bez możliwości rozbudowy o tryb opisany w punkcie 31?

TAK

Pytanie nr 6 ad lp. 33, 34, 37, 41, 43

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z regulacją częstości oddechu w zakresie 4-60 1/min (lp. 33), regulacją objętości oddechowej 20-1400 w trybie objętościowym (lp. 34), z regulacją czasu Plateau wdechu w zakresie 0-50% czasu wdechu (lp. 37), z alarmem braku zasilania w tlen (lp. 41) oraz bez prezentacji ciągłej kalkulacji zużycia środków i gazów anestetycznych (lp. 43)?

TAK

Pytanie nr 7 ad lp. 52, 53, 54, 55

Czy Zamawiający dopuści pomiar i obrazowanie kapnografi, kapnometri, stężenia lotnych anestetyków z paramagnetycznym pomiarem tlenu bez automatycznej ich detekcji oraz z analizą MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta bez automatycznej aktywacji i bez automatycznego dostosowania się dolnej granicy alarmowej xMAC do poziomu podawanego znieczulenia w monitorze pacjenta?

TAK

Pytanie nr 8 ad lp. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z 6,5" kolorowym ekranem z prezentacją parametrów opisanych w punktach 57 i 58 bez prezentacji pętli (lp. 59), trendów (lp. 60) oraz parametrów opisanych w punktach 61, 62 i 63 z testem kontrolnym wymagającym ingerencji użytkownika?

TAK

Pytanie nr 9 ad lp. 71, 84, 86

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta kompatybilny z monitorami systemu Infinity Delta (lp. 71) bez wyposażenia dla noworodków opisanego w punktach 84 (przewód i elektrody noworodkowe), 86 (czujnik Y) oraz 87 (30 jednorazowych mankietów dla noworodków)?

TAK

Pytanie nr 10 ad lp. 98

Czy Zamawiający dopuści stanowisko z możliwością rozbudowy o połączenie monitora pacjenta z aparatem do znieczulania i prezentacji na monitorze pacjenta podstawowych parametrów znieczulania typu częstość oddechów f, VTexp, MV?

TAK

PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 7 SIWZ – DEFIBRYLATOR

Pytanie 1, dotyczy pkt 2:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor o wadze nie przekraczającej 8,9 kg?

Pragniemy zauważyć, że defibrylator będzie wykorzystywanych w warunkach, w których waga nie ma priorytetowego znaczenia dla użytkownika.

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2, dotyczy pkt 4:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający menu w j. polskim, część przycisków opisanych jest w j. angielskim, stosowanym w większości defibrylatorów oferowanych na rynku polskim?

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3, dotyczy pkt 5,6:

Czy zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zasilaniem akumulatorowym NiMH bez efektu pamięci, łatwo wymiennym, bez użycia narzędzi, z czasem pracy min. 160 min, ponad 150 defibrylacji oraz czasem ładowania około 3 godzin?

Pragniemy zauważyć, że wymagany parametr nieznacznie różni się od wymagań

Zamawiającego.

Oferowane przez nas akumulatory posiadają wydłużoną żywotność gwarantującą niski koszt użytkowania defibrylatora przez dłuższy okres czasu.

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 4, dotyczy pkt 10:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z funkcją automatycznego testu po każdym włączeniu urządzenia z możliwością wydruku wyniku?

Urządzenie posiada wskaźnik gotowości do pracy widoczny nawet przy wyłączonym urządzeniu.

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 5, dotyczy pkt 12:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony w metronom, CPR Feedback, wspomaganie wykonywania poprawnie ucisków klatki piersiowej, animacje wyświetlane na ekranie wskazujące działania ratownicze w trybie AED?

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6, dotyczy pkt 18:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający 23 różne poziomy energii defibrylacji? Ilość poziomów energii zewnętrznej nie ma żadnego wpływu na skuteczność działania defibrylatora a w szczególności na osiągnięcie celu defibrylacji. 23 dostępnych poziomów energii zapewnia możliwość precyzyjnego dostosowania wartości energii w zależności od prowadzonej przez Użytkownika terapii.

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 8, dotyczy pkt 27:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z monitorowaniem EKG za pomocą 5 odprowadzeniowego kabla?

Zastosowanie kabla EKG 5 odprowadzeniowego umożliwi jednoczesną obserwację odprowadzeni: I, II, III, aVR, aVL, aVF i V, zwiększając tym samym zakres monitorowania pacjenta.

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 7, dotyczy pkt 28:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający pięć poziomów

wzmocnienia sygnału EKG w zakresie od 0,25 do 4,0 cm/mV?

Pragniemy zauważyć, że zwiększanie ilości poziomów wzmocnienia sygnałów nie ma jakiegokolwiek wpływu na jakość użytkowania defibrylatora.

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 8, dotyczy pkt 29:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru częstości akcji serca min. od 30 do 300 uderzeń/min?

Pragniemy zauważyć, że wymagany parametr nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego i nie ma znaczenia klinicznego.

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony był w duży, kolorowy ekran o przekątnej minimum 8" z prezentacją minimum 3 krzywych dynamicznych?

Pozwoli to na zdecydowanie łatwiejszą pracę przy pacjencie oraz dokładniejszą diagnostykę.

Nie, Zamawiający nie będzie wymagał opisanego rozwiązania, choć je dopuszcza.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nowoczesny defibrylator/monitor był wyposażony w łyżki twarde ze wskaźnikiem poprawnego kontaktu z ciałem pacjenta?

Nie, Zamawiający nie będzie wymagał opisanego rozwiązania, choć je dopuszcza.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nowoczesny defibrylator/monitor posiadał możliwość rozbudowy o moduły: NIBP, SpO2, temp, IBP w siedzibie zamawiającego? Umożliwi to Zamawiającemu w przyszłości rozbudowę defibrylatora o dodatkowe wyposażenie zgodnie z potrzebami i/lub wymaganiami.

Nie, Zamawiający nie będzie wymagał opisanego rozwiązania, choć je dopuszcza.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nowoczesny defibrylator/monitor w trybie AED był wyposażony w asystenta pomagającego podczas AED wg wytycznych 2015 ERC za pomocą prostych animacji na ekranie defibrylatora i komend w j. polskim? Taki sposób

przekazu w sposób jasny i precyzyjny prowadzi osobę ratującą przez cały schemat udzielania pierwszej pomocy. Wprowadza to wysoki standard i niezawodność w akcji ratunkowych eliminując ewentualne błędy i pomagając osobom niezdecydowanym lub nie posiadającym wiedzy z udzielania pierwszej pomocy.

Nie, Zamawiający nie będzie wymagał opisanego rozwiązania, choć je dopuszcza.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nowoczesny defibrylator/monitor był wyposażony w wskaźnik poprawności wykonywania częstotliwości ucisku klatki piersiowej bez dodatkowych czujników?

Nie, Zamawiający nie będzie wymagał opisanego rozwiązania, choć je dopuszcza.

PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 15 OPZ – ŁÓŻKO SZPITALNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE

Pytanie 1

W tabeli pn. "Wykaz sprzętu wraz z parametrami technicznymi" Zamawiający podał ilość łóżek: 10 szt., natomiast w tabeli z opisem przedmiotu zamówienia poz. nr 15 jest podana ilość: 14 szt.

Proszę o informację, która ilość łóżek jest poprawna i ile łóżek uwzględnić w kalkulacji cenowej?

Zamawiający wymaga 14 łóżek

PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 16 SIWZ - KARDIOMONITORY

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, by dostarczany kardiomonitor posiadał moduł IBP o min. 2 kanałach?

Tak, Zamawiający wymaga modułu IBP o min. 2 kanałach.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, by dostarczany kardiomonitor posiadał moduł kapnografii wraz z pełnym wyposażeniem, czy wystarczająca będzie opcja dająca możliwość podłączenia czujnika kapnografii do wbudowanego w monitor gotowego modułu, bez dostarczania czujnika?

Zamawiający wymaga, by urządzenie posiadało wbudowany gotowy moduł, ale nie wymaga czujnika w dostawie. Wymaga natomiast możliwości wyposażenia urządzenia w czujnik w przyszłości.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, by dostarczany kardiomonitor był wyposażony w moduł drukarki zewnętrznej?

Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu

PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 21 SIWZ – PULSOKSYMETRY

Pytanie 1, dotyczy pozycji 3 oraz 21

Czy Zamawiający wymaga pulsoksymetru stacjonarno przenośnego z pomiarem ciśnienia NIBP?

Tak, Zamawiający wymaga urządzenia stacjonarno przenośnego dającego możliwość pomiaru SpO2, HR oraz NIBP wraz z określonym w SIWZ wyposażeniem.

Pytanie 2, dotyczy pozycji 34

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o masie 2,1 kg?

Nie, Zamawiający z uwagi na możliwe ambulatoryjne zastosowanie urządzenia nie dopuści urządzenia o masie większej niż określona w SIWZ, tj. 1700g.

PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 48 OPZ – ZESTAW ARTROSKOPOWY

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza halogenowe źródło światła?

NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza przekatną ekranu poniżej 30“?

NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza monitor w rozdzielczości full hd?

NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 50 OPZ – MEBLE DO ZABUDOWY

Pytanie 1, dotyczy pkt. 7

Proszę o udostępnienie projektu lady bądź podanie orientacyjnych wymiarów lady.

Lada o wymiarach 250cm x 60cm x 72cm, nadstawka 250cm x 25cm x 25cm plus blat otwierany 72cm x 60cm oraz blat otwierany o wymiarach 72cm x 60cm

Pytanie 2, dotyczy pkt. 8

Do czego dopasować szafę pomocniczą? Proszę o podanie orientacyjnych wymiarów lady.

Szafę pomocniczą należy dopasować do lady. Wymiary szafy pomocniczej 220cm x 60cm x 45cm

Pytanie 3, dotyczy pkt. 14

Jaki wymiar przyjąć do wyceny dla szafy z 5 półkami na odzież sterylą? Proszę o podanie orientacyjnych wymiarów szafy.

220cm x 60cm x 45cm

Pytanie 4, dotyczy pkt. 15

Jaki wymiar przyjąć do wyceny dla szafy z szufladami?

220cm x 60cm x 45cm

Pytanie 5, dotyczy pkt. 16

Jaki wymiar przyjąć do wyceny dla szafy na sprzęt jednorazowy?

220cm x 60cm x 45cm

Pytanie 6, dotyczy pkt. 18

Proszę o udostępnienie projektu lady bądź podanie orientacyjnych wymiarów lady.

110cm x 60cm x 72cm oraz nadstawka 110cm x 25cm x 25cm

Pytanie 7, dotyczy pkt. 19

Proszę o udostępnienie projektu lady bądź podanie orientacyjnych wymiarów lady.

125cm x 60cm x 72cm nadstawka 125cm x 25cm x 25cm blat otwierany 60cm x 60cm

PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 52 OPZ – MEBLE ZE STALI MALOWANEJ

Pytanie 1, dotyczy pkt. 4

Proszę sprecyzować wymiary szafy kartotekowej.

1285mm x 610mm x 630mm

Pytanie 2, dotyczy pkt. 5

Proszę sprecyzować wymiary szafy kartotekowej.

W pkt 5 znajduje się szafa na odzież ogólnolekarską z ławeczką 1800mm x 600mm x 500mm

PYTANIA DOTYCZĄ SIWZ Pkt. IV.5 a-g

Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie zapisu dot. reakcji serwisu. W jakich godzinach serwis musi odpowiedzieć na zgłoszenie Zamawiającego?

OD 6:00 do 20:00

PYTANIA DOTYCZĄ SIWZ – PUNKTACJA W OPZ

Po podliczeniu punktacji za wartości oceniane w OPZ stwierdzamy rozbieżność z podaną liczbą punktów w SIWZ.

Proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej. Poprawiona punktacja znajduje się w tabeli OPZ

PYTANIA DOTYCZĄ SIWZ rozdział IX pkt 1.1.2.b ppkt 8

Czy Zamawiający zmieni wymóg dotyczący dostaw i montażu wyposażenia meblowego do pomieszczeń szpitalnych na kwotę 120 000,00 brutto z trzech dostaw na dwie dostawy?

Tak, Zamawiający zmieni wymóg dotyczący dostaw i montażu wyposażenia meblowego do pomieszczeń szpitalnych na kwotę 120 000,00 brutto na dwie dostawy.