



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: [ojs@publications.europa.eu](mailto:ojs@publications.europa.eu)

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych  
informacji, informacje o  
niekompletnej procedurze lub  
sprostowanie**

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:**

Oficjalna nazwa: [Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [Al. Solidarności 36](#)

Miejscowość: [Poznań](#)

Kod pocztowy: [61-696](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 616477712](tel:+48616477712)

Osoba do kontaktów: [Anita Skitek](#)

E-mail: [zp@posum.pl](mailto:zp@posum.pl)

Faks: [+48 616477713](tel:+48616477713)

**Adresy internetowe:** *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.posum.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

**I.2) Rodzaj zamawiającego:**

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

## Sekcja II: Przedmiot zamówienia

### II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu aparatury medycznej na potrzeby Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM)

### II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej aparatury medycznej - wraz z montażem oraz uruchomieniem – oraz wyposażenia niemedycznego (meble wraz z montażem):

- 1) aparat do znieczulenia z respiratorem anestetycznym (2 szt.)
- 2) schładzarka na odpady medyczne (2 szt.)
- 3) chłodziarka na leki (1 szt.)
- 4) chłodziarka na leki (2 szt.)
- 5) chłodziarka w kuchence (1 szt.)
- 6) ciśnieniomierz (2 szt.)
- 7) defibrylator (2 szt.)
- 8) stetoskop (3 szt.)
- 9) kolumna chirurgiczna sala urologiczna (1 szt.)
- 10) kolumna anestezjologiczna z konsolą (1 szt.)
- 11) kolumna chirurgiczna sala operacyjna (1 szt.)
- 12) kozetka lekarska sterowana elektrycznie (3 szt.)
- 13) lampa zabiegowa sufitowa (4 szt.)
- 14) laryngoskop (2 szt.)
- 15) łóżko szpitalne elektrycznie sterowane z materacem (10 szt.)
- 16) monitor funkcji życiowych (3 szt.)
- 17) Myjko dezynfekator naczyń sanitarnych stojących (1 szt.)
- 18) Parawan lekarski dowolny (4 szt.)
- 19) Pistolet do mycia typ selecta (3 szt.)
- 20) Pistolet do suszenia typ selecta (3 szt.)
- 21) Pulsoksymetr (3 szt.)
- 22) Rurki intubacyjne (1 szt.)
- 23) Sprzęt do szybkich i regulowanych przetoczeń (5 szt.)
- 24) Ssak elektryczny (2 szt.)
- 25) Ssak próżniowy (4 szt.)
- 26) Stolik narzędziowy (4 szt.)
- 27) Stół do przygotowania pacjenta (4 szt.)
- 28) Stół operacyjny (1 szt.)
- 29) Stół zabiegowy (1 szt.)
- 30) Szafka przyłóżkowa z blatem do jedzenia (10 szt.)
- 31) Śluza materiałowa (3 szt.)
- 32) Taboret lekarski (6 szt.)
- 33) Urządzenie do ogrzewania pacjenta (1 szt.)
- 34) Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych (1 szt.)
- 35) Wieszak ścienny (5 szt.)

- 36) Worek samo rozprężalny (1 szt.)
- 37) Wózek anesteziologiczny (1 szt.)
- 38) Wózek do sprzątania (3 szt.)
- 39) Wózek zabiegowy (2 szt.)
- 40) Kuweta na narzędzia (1 szt.)
- 41) Zestaw pomp infuzyjnych (1 szt.)
- 42) System zarządzania AV sal operacyjnych kpl. (1 szt.)
- 43) System zarządzania AV sali endoskopowej kpl. (1 szt.)
- 44) Aparat do głębokiej stymulacji tkanek (1 szt.)
- 45) Zestaw diatermii z argonem i wyposażeniem (1 szt.)
- 46) Zestaw diatermii z argonem i wyposażeniem (1 szt.)
- 47) Zestaw do sterylizacji (1)
- 48) Zestaw do sterylizacji (1)
- 49) Zestaw endoskopowy z wyposażeniem (1 szt.)
- 50) Zestaw endoskopowy z wyposażeniem (1 szt.)
- 51) Zestaw artroskopowy (1 szt.)
- 52) Zestawy sanitarne (1 szt.)
- 53) Meble do zabudowy (1 szt.)
- 54) Meble ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej (1 szt.)
- 55) Meble ze stali malowanej (1 szt.)
- 56) Zestaw siedzisk (1 szt.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymogów w zakresie poszczególnych elementów wyposażenia) znajduje się w załączniku do SIWZ (ZESTAWIENIE TABELARYCZNE).

Istotne założenia leasingu:

- wpłata własna: 0%
- okres finansowania: 72 miesiące,
- równe raty w ilości 72, płatne zgodnie z opracowanym przez strony Harmonogramem Spłat po protokolarnym odbiorze wyposażenia, stanowiącego przedmiot zamówienia, jego instalacji/montażu i uruchomieniu,
- po upływie podstawowego czasu umowy korzystający zobowiązuje się do nabycia przedmiotu leasingu za 1% wartości po okresie leasingu, powiększonej o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne sprzętu) znajduje się w załączniku do SIWZ, stanowiącym integralną jego część (ZESTAWIENIE TABELARYCZNE)

### II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	<b>Słownik główny</b>	<b>Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)</b>
<b>Główny przedmiot</b>	33100000	
<b>Dodatkowe przedmioty</b>	33192000	
	39130000	

## Sekcja IV: Procedura

### IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

### IV.2) Informacje administracyjne

#### IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[POSUM/ZPpn/3/2017](#)

#### IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES\\_ECAS\\_nskitean](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2017-042051](#) rok i numer dokumentu

#### IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2017/S 064-121270](#) z dnia: [31/03/2017](#) (dd/mm/rrrr)

#### IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[28/03/2017](#) (dd/mm/rrrr)

## Sekcja VI: Informacje uzupełniające

### VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

### VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

### VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

#### VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

#### VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

#### VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się  
zmieniany tekst:

VI.3. Informacje dodatkowe - ust.9.4.

Zamiast:

Dodatkowe wymagane dokumenty:  
a) Oświadczenie producenta o dostępności części zamiennych przez min. 10 lat – w zakresie zestawów endoskopowych, zestawów artroskopowych, elementów kompleksowego wyposażenia sali operacyjnej (kolumny, lampy, stół operacyjny), zestawów diatermii, systemów zarządzania AV,  
b) Koncepcja schematu połączeń – sieć strukturalną systemu zintegrowanej sali operacyjnej.  
c) Oświadczenie wystawione przez producenta urządzeń lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające udzielenie gwarancji producenckiej na oferowane w postępowaniu urządzenia. W przypadku oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela producenta – należy przedłożyć dokument autoryzacji.  
Dotyczy:

Powinno być:

Dodatkowe wymagane dokumenty:  
a) Oświadczenie producenta o dostępności części zamiennych przez min. 10 lat – w zakresie zestawów endoskopowych, zestawów artroskopowych, elementów kompleksowego wyposażenia sali operacyjnej (kolumny, lampy, stół operacyjny), zestawów diatermii, systemów zarządzania AV,  
b) Koncepcja schematu połączeń – sieć strukturalną systemu zintegrowanej sali operacyjnej.  
c) Oświadczenie wystawione przez producenta urządzeń lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające udzielenie gwarancji producenckiej na oferowane w postępowaniu urządzenia. W przypadku oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela producenta – należy przedłożyć dokument autoryzacji.  
Dotyczy:



11/05/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-063086