

Poznań, dnia 13 kwietnia 2022 roku

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Znak sprawy: ZPnr2/2022

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ MODYFIKACJA SPECYFIKACJI
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w przetargu pn.:**

**„Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez Poznański Ośrodek
Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), przedstawia treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1. dot. załącznika nr 1a do OPZ Pkt. V. - 5

Zamawiający wymaga by oferowany aparat zapewniał możliwość archiwizacji i zapisu obrazów na płytach DVD w formacie JPEG, AVI, DICOM. Czy Zamawiający tym samym będzie wymagał integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi pracującymi w ZDO min. PACS, w celu zachowania obecnej kompatybilności obsługi dokumentacji medycznej EDM w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM3.0?. Jeśli tak, prosimy informację dot. producenta w/w aplikacji oraz czy koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi pracującymi w ZDO. Obecnie Zamawiający korzysta z oprogramowania PACS firmy Synektik. Koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca.

Pytanie 2. dot. załącznika nr 1b do OPZ pkt. 33

Zamawiający wymaga by oferowany aparat zapewniał możliwość archiwizacji i zapisu obrazów na napędach typu USB Pendrive w formacie JPEG, AVI, DICOM. Czy Zamawiający tym samym będzie wymagał integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi pracującymi w ZDO min. PACS, w celu zachowania obecnej kompatybilności obsługi dokumentacji medycznej EDM w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM3.0?. Jeśli tak, prosimy informację dot. producenta w/w aplikacji oraz czy koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi pracującymi w ZDO. Obecnie Zamawiający korzysta z oprogramowania

PACS firmy Synektik. Koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca.

Pytanie 3. dot. załącznika nr 1c do OPZ pkt. V. – 5

Zamawiający wymaga by oferowany aparat zapewniał możliwość archiwizacji i zapisu obrazów na płytach DVD w formacie JPEG, AVI, DICOM. Czy Zamawiający tym samym będzie wymagał integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi pracującymi w ZDO min. PACS, w celu zachowania obecnej kompatybilności obsługi dokumentacji medycznej EDM w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM3.0?. Jeśli tak, prosimy informację dot. producenta w/w aplikacji oraz czy koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi pracującymi w ZDO. Obecnie Zamawiający korzysta z oprogramowania PACS firmy Synektik. Koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca.

Pytanie 4. dot. załącznika nr 1d do OPZ pkt. 33

Zamawiający wymaga by oferowany aparat zapewniał możliwość archiwizacji i zapisu obrazów na napędach typu USB Pendrive w formacie JPEG, AVI, DICOM. Czy Zamawiający tym samym będzie wymagał integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi pracującymi w ZDO min. PACS, w celu zachowania obecnej kompatybilności obsługi dokumentacji medycznej EDM w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM3.0?. Jeśli tak, prosimy informację dot. producenta w/w aplikacji oraz czy koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi pracującymi w ZDO. Obecnie Zamawiający korzysta z oprogramowania PACS firmy Synektik. Koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca.

Pytanie 5. dot. załącznika nr 1e do OPZ pkt. 33

Zamawiający wymaga by oferowany aparat zapewniał możliwość archiwizacji i zapisu obrazów na napędach typu USB Pendrive w formacie JPEG, AVI, DICOM. Czy Zamawiający tym samym będzie wymagał integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi pracującymi w ZDO min. PACS, w celu zachowania obecnej kompatybilności obsługi dokumentacji medycznej EDM w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM3.0?. Jeśli tak, prosimy informację dot. producenta w/w aplikacji oraz czy koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi pracującymi w ZDO. Obecnie Zamawiający korzysta z oprogramowania PACS firmy Synektik. Koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca.

Pytanie 6. dot. załącznika nr 1f do OPZ pkt. 33

Zamawiający wymaga by oferowany aparat zapewniał możliwość archiwizacji i zapisu obrazów na napędach typu USB Pendrive w formacie JPEG, AVI, DICOM. Czy Zamawiający tym samym będzie wymagał integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi pracującymi w ZDO min. PACS, w celu zachowania obecnej kompatybilności obsługi dokumentacji medycznej EDM w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM3.0?.

Jeśli tak, prosimy informację dot. producenta w/w aplikacji oraz czy koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi pracującymi w ZDO. Obecnie Zamawiający korzysta z oprogramowania PACS firmy Synektik. Koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca.

Pytanie 7. dot. cz. 8 zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu mobilne urządzenie do dezynfekcji na kołach, o nieznacznie większych wymiarach dł. 520mm x szer. 300mm x wys. 450 mm i wadze 23kg, wyposażone w rączkę holowniczą oraz rączkę transportową? Urządzenie jest wyposażone w dotykowy panel sterujący. Z poziomego dotykowego wyświetlacza, użytkownik wybiera opóźnienie startu, tryb dezynfekcji i kubaturę. Po zakończonym procesie dezynfekcji urządzenie automatycznie tworzy raport. Urządzenie posiada atest NIZP-PZH oraz zostało przebadane pod kątem skuteczności biobójczej metodą zamglawiania zgodnie z normą PN-EN 17 272. Prosimy o dopuszczenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do udziału urządzenia o wymiarach zaproponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie 8. dot. cz. 8 zamówienia

Czy Zamawiający w ramach wykazu zdolności technicznych wyrazi zgodę na wykazanie dwóch dostaw, zamiast jednej, wykonanej w odstępie nie więcej niż miesiąca, do tego samego Odbiorcy, o wymaganej dla tego pakietu wartości? Częściej realizujemy dostawy innych rodzajów specjalistycznego sprzętu medycznego, o dużo większym stopniu zaawansowania obsługi serwisowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany warunków udziału w postępowaniu w zakresie cz. 8 zaproponowanej przez Wykonawcę. W związku z czym Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ jak opisano poniżej.

Pytanie 9. dot. cz. 8 zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie części nr 8 na oddzielne pozycje zawierające jeden model urządzeń. Podział taki zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości zmiany podziału zamówienia na danym etapie postępowania, w związku z czym Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie podziału zaproponowanego przez Wykonawcę.

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:

1) Rozdz. 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 lit. h) w następujący sposób:

Było:

h) Część 8: dostawa aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m³ (1 szt.), bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą (2 szt.), ręcznego

sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą (2 szt.), aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m³ (3 szt.);

Jest:

h) Część 8: dostawa aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m³ (2 szt.), bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą (2 szt.), ręcznego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą (2 szt.), aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m³ (3 szt.);

2) Rozdz. 4 Przedmiotowe środki dowodowe pkt 2 w następujący sposób:

Było:

2.Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- a) dokumenty, dopuszczające wprowadzenie do obrotu i używania przedmiotu zamówienia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj: certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami UE lub równorzędne,
- b) dokumenty materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu (katalogi, ulotki, prospekty) potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych i oferowanych zgodnie z opisem w formularzu ofertowym.

Jest:

2.Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- a) dokumenty materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu (katalogi, ulotki, prospekty) potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych i oferowanych zgodnie z opisem w formularzu ofertowym.

3) Rozdz. 7 Warunki udziału w postępowaniu ust. 1 pkt 4 lit. h) w następujący sposób:

Było:

h) Część 8: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej **jedną dostawę** urządzeń służących do sterylizacji lub dezynfekcji o wartości minimum **50.000,00 zł brutto** - która została wykonana w sposób należyty;

Jest:

h) Część 8: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej **dwie dostawy** urządzeń służących do sterylizacji lub dezynfekcji o wartości minimum **25.000,00 zł brutto każda**- które zostały wykonane w sposób należyty;

4) Rozdz. 14 Termin związania ofertą pkt 1 w następujący sposób:

Było:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 2 sierpnia 2022 r., tj. przez 90 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 6 sierpnia 2022 r., tj. przez 90 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

5) Rodz. 16 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1 i 2 w następujący sposób:

Było:

1. Ofertę należy złożyć miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> **do dnia 5 maja 2022 r. do godz. 10:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert **w dniu 5 maja 2022 r. o godz. 11:00.**

Jest:

1. Ofertę należy złożyć miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> **do dnia 9 maja 2022 r. do godz. 10:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert **w dniu 9 maja 2022 r. o godz. 11:00.**

6) Zał. nr 1b do formularza ofertowego w następujący sposób:

Było:

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH			
	OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH	Parametr wymagany	Parametr oceniany w ramach kryteriów oceny
3	Ilość kryształów w głowicy min 192	Tak	90° – 0 pkt > 90° – 5 pkt

Jest:

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH,

WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH			
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH		Parametr wymagany	Parametr oceniany w ramach kryteriów oceny
3	Ilość kryształów w głowicy min 192	Tak	192 – 0 pkt >192 – 5 pkt

7) Zał. nr 1h do formularza ofertowego w następujący sposób:

Było:

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH		Wymagany parametr	Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać
1. Aparat do dekontaminacji pomieszczeń - 1 SZT.			

....

ZESTAWIENIE PAKIETU:	
1	Aparat do dekontaminacji pomieszczeń - 1 SZT.
2	Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy) – 2 szt
3	Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (ręczny) – 2 szt
4	Aparat do dekontaminacji pomieszczeń - 3 szt.

Jest:

	OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH	Wymagany parametr	Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać
1. Aparat do dekontaminacji pomieszczeń - 2 SZT.			

....

ZESTAWIENIE PAKIETU:	
1	Aparat do dekontaminacji pomieszczeń - 2 SZT.
2	Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą (bezobsługowy) – 2 szt
3	Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą (ręczny) – 2 szt
4	Aparat do dekontaminacji pomieszczeń - 3 szt.

8) Załącznika nr 2 do SWZ Formularza ofertowego w następujący sposób:

Było:

8) Część 8: dostawa aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m³ (1 szt.), bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą (2 szt.), ręcznego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą (2 szt.), aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m³ (3 szt.):

a) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m³

Cena jednostkowa netto: (słownie:)
 Stawka VAT: % (słownie:)
 Cena jednostkowa brutto: (słownie:)

b) Bezobsługowy sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą

Cena jednostkowa netto: (słownie:)
 Stawka VAT: % (słownie:)
 Cena jednostkowa brutto: (słownie:)

c) Ręczny sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą

Cena jednostkowa netto: (słownie:)

Stawka VAT: % (słownie:)
Cena jednostkowa brutto: (słownie:)

d) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3

Cena jednostkowa netto: (słownie:)
Stawka VAT: % (słownie:)
Cena jednostkowa brutto: (słownie:)

Cena łączna brutto za 1 szt. aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3, 2 szt. bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą, 2 szt. ręcznego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą oraz 3 szt. aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3:
(słownie:)

Jest:

8) Część 8: dostawa aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3 (2 szt.), bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą (2 szt.), ręcznego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą (2 szt.), aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3 (3 szt.):

a) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3

Cena jednostkowa netto: (słownie:)
Stawka VAT: % (słownie:)
Cena jednostkowa brutto: (słownie:)

b) Bezobsługowy sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą

Cena jednostkowa netto: (słownie:)
Stawka VAT: % (słownie:)
Cena jednostkowa brutto: (słownie:)

c) Ręczny sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą

Cena jednostkowa netto: (słownie:)
Stawka VAT: % (słownie:)
Cena jednostkowa brutto: (słownie:)

d) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3

Cena jednostkowa netto: (słownie:)
Stawka VAT: % (słownie:)
Cena jednostkowa brutto: (słownie:)

Cena łączna brutto za 2 szt. aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3, 2 szt. bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą, 2 szt. ręcznego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą oraz 3 szt.

aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3:
(słownie:)

9) Zał. nr 6 do SWZ wzoru umowy § 1 ust. 1 lit. h) w następujący sposób:

Było:

h) Część 8: dostawa aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3 (1 szt.), bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą (2 szt.), ręcznego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą (2 szt.), aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3 (3 szt.);

Jest:

h) Część 8: dostawa aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3 (2 szt.), bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą (2 szt.), ręcznego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą (2 szt.), aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3 (3 szt.);

10) Zał. nr 6 do SWZ wzoru umowy § 4 ust. 1 pkt 8 i 9 w następujący sposób:

Było:

8) Część 8:

a) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3

Cena jednostkowa netto: (słownie:)

Stawka VAT: % (słownie:)

Cena jednostkowa brutto: (słownie:)

b) Bezobsługowy sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą

Cena jednostkowa netto: (słownie:)

Stawka VAT: % (słownie:)

Cena jednostkowa brutto: (słownie:)

Cena brutto za 2 szt. sprzętu: (słownie:)

c) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3

Cena jednostkowa netto: (słownie:)

Stawka VAT: % (słownie:)

Cena jednostkowa brutto: (słownie:)

Cena brutto za 3 szt. aparatu: (słownie:)

9) Część 9:

Cena jednostkowa netto: (słownie:)

Stawka VAT: % (słownie:)

Cena jednostkowa brutto: (słownie:)

Cena brutto za 3 szt. aparatu EKG: (słownie:)

Jest:

8) Część 8:

- a) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m³
 Cena jednostkowa netto: (słownie:)
 Stawka VAT: % (słownie:)
 Cena jednostkowa brutto: (słownie:)
- b) Bezobsługowy sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą
 Cena jednostkowa netto: (słownie:)
 Stawka VAT: % (słownie:)
 Cena jednostkowa brutto: (słownie:)
- c) Ręczny sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą
 Cena jednostkowa netto: (słownie:)
 Stawka VAT: % (słownie:)
 Cena jednostkowa brutto: (słownie:)
- d) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m³
 Cena jednostkowa netto: (słownie:)
 Stawka VAT: % (słownie:)
 Cena jednostkowa brutto: (słownie:)

Cena łączna brutto za 2 szt. aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m³, 2 szt. bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą, 2 szt. ręcznego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłą oraz 3 szt. aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m³: (słownie:)

9) Część 9:

- a) Aparat EKG z oprogramowaniem
 Cena jednostkowa netto: (słownie:)
 Stawka VAT: % (słownie:)
 Cena jednostkowa brutto: (słownie:)
- b) Aparat EKG z oprogramowaniem i spirometrem
 Cena jednostkowa netto: (słownie:)
 Stawka VAT: % (słownie:)
 Cena jednostkowa brutto: (słownie:)

Cena łączna brutto za 3 szt. aparatu EKG: (słownie:)

W pozostałym zakresie SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.